

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 376/BVĐKSS-VTTBYT
V/v: Yêu cầu báo tư vấn cho gói thầu
số 01: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu
hao y tế phục vụ công tác chạy thận
năm 2026

Sóc Sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ tư vấn.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu lựa chọn nhà thầu tư vấn cho các gói thầu hóa chất, vật tư:

+ Gói thầu số 02: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao y tế phục vụ công tác chạy thận năm 2026.

+ Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao y tế phục vụ công tác chạy thận năm 2026.

1. Thông tin về gói thầu cần tư vấn đấu thầu:

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao y tế phục vụ công tác chạy thận năm 2026, số tiền: **6.280.860.000 đồng, bao gồm 20 mặt hàng**

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Chi tiết nội dung gói thầu mua sắm (phụ lục đính kèm)

2. Nội dung yêu cầu báo giá:

Khi nhận được công văn này, các đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực có nhu cầu tham gia gửi hồ sơ năng lực cụ thể:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Hồ sơ năng lực công ty
- Biểu giá dịch vụ tư vấn dự kiến thực hiện

- Hiệu lực báo giá tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá

3. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tầng 5 nhà H3, Phòng Vật tư Trang thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Miếu thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Phạm Thị Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

Số điện thoại: 0349614027 (phòng VT-TTBYT).

Địa chỉ email: phamhangktn@gmail.com

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 10 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2025 đến trước 15 giờ ngày 04 tháng 11 năm 2025

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn rất mong nhận được sự hợp tác quý đơn vị ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTTBYT(HÀNG)

Sóc Sơn, ngày tháng năm 2025

GIÁM ĐỐC



Tạ Văn Sứng

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số: **376** /BVĐKSS-VTTBYT ngày **30** tháng **10** năm 2025)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách, đóng gói (hoặc tương đương)	ĐVT	Số lượng
1	Quả lọc máu mức thấp	- Chất liệu màng: Purema Polyethersulfone - Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane - Hệ số siêu lọc: 16 ml/h/mmHg - Diện tích màng: 1,5 m² - Phương pháp khử trùng an toàn - Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: + Urea: 258ml/phút + Creatinine: 231ml/phút + Phosphate: 202ml/phút + Vitamin B12: 119ml/phút - Độ dày của màng: 35µm - Đường kính trong: 200µm - Hệ số truyền tải: 930 - Thể tích mỗi: 85ml	30 quả/ 1 thùng	Quả	3.000
2	Quả lọc máu mức thường	- Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron (Polyethersulfone), không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. - Diện tích: 1.5 m². - Thể tích mỗi: 91mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: 20 (mL/giờ/mmHg). - TMP: 500mmHg. - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Độ thanh thải (Với Qb: 300ml/min): - Ure: 264 ml/min (KoA: 1145) - Creatinine : 244 ml/min - Phosphate: 211 ml/min - Vitamin B12: 134 ml/min. - Hệ số sàng lọc: - Inulin: 0.440 - Vitamin B12: 0.880 - Myoglobin < 0.01 - Albumin < 0.01 - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC	24 quả/ thùng	Quả	3000
3	Quả lọc máu mức cao	- Chất liệu màng : Purema Polyethersulfone - Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane. - Hệ số siêu lọc là 60 ml/h/mmHg - Diện tích màng 1,5 m² - Phương pháp khử trùng: bằng tia điện tử	30 quả/ 1 thùng	Quả	1.000

		- Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: + Urea: 271 + Creatinine: 246 + Phosphate: 232 + Vitamin B12: 173 + Inulin: 105 - Hệ số truyền tải (KoA): 1167 - Độ dày của màng: 30 μm - Đường kính trong: 200 μm - Thể tích mỗi: 89ml			
4	Quả lọc dịch	- Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone - Diện tích màng 2.2m² - Chất liệu vỏ: Polypropylene - Chất liệu 2 đầu (nắp): Polyurethane - Thông số lọc: 5mL/min mm HG (3.75L/min bar; max. 2 bar) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE	10 quả/ 1 thùng	Quả	30
5	Dây máu dùng cho thận nhân tạo	- Dây máu chạy thận có kèm 2 bộ cảm biến. - Thể tích làm đầy $\geq$ 156ml - Làm bằng nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác: PVC, PE, PP, PC, ABS và các nguyên liệu y khoa. - Dây tĩnh mạch với bầu tĩnh mạch dài khoảng 130mm. - Dây động mạch với bơm máu (đường kính trong 8mm x đường kính ngoài 12mm x chiều dài 350mm), bầu động mạch dài khoảng 130mm. - Tiệt trùng bằng ETO	24 bộ dây/ thùng	Bộ	7.500
6	Kim chạy thận nhân tạo	- Kim cỡ 16G. Bao gồm loại cánh xoay. - Thiết kế backeye. Chiều dài kim 25mm. - Kim làm bằng thép không gỉ và được bao bọc bằng silicone. - Không chứa DEHP.	320 cái/ thùng	Cái	83.000
7	Bộ catheter thận nhân tạo	- Chất liệu Polyurethane. Loại đầu cong hoặc thẳng, 2 nòng. - Kích cỡ: 12F, Chiều dài catheter: 20 cm- Cấu tạo tối thiểu bao gồm: catheter, nong, kim dẫn đường chữ Y sắc bén, xy lanh, dây luồn dẫn hướng, băng dán, nắp heparin, dao mổ, chỉ liên kim	30 chiếc/ thùng	Chiếc	150
8	Dung dịch rửa, khử trùng quả lọc	- Thành phần chính bao gồm: - Hydrogen Peroxide: 26,53% w/w - Acetic Acid: 7,83% w/w - Peracetic Acid: 5,00% w/w	Can 5 lít	can	30
9	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)	- Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g - Calci clorid.2H₂O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H₂O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Glucose.H₂O: 38,50 g (Hoặc Glucose khan: 35,00 g)	Can 10 lít	Can	5.000

		- Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất			
10	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)	Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất	Can 10 lít	Can	5.000
11	Que thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo	Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm. Thời gian nhúng: 1 giây. Thời gian đọc kết quả: 10 giây"	100 test/lọ	Test	200
12	Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo	Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm Thời gian nhúng: 2 giây Thời gian đọc kết quả: 15 giây	100 test/lọ	Test	200
13	Que kiểm tra độ cứng của nước	Có thể kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu: 0, 10, 25, 50 và 120ppm Thời gian nhúng: 1 giây Thời gian đọc kết quả: 10 giây	50 test/lọ	Test	200
14	Que kiểm tra tồn dư chlorine	Có thể kiểm tra nước với các nồng độ tối thiểu: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm Thời gian nhúng và đọc kết quả: 30 giây	100 test/lọ	Test	200
15	Gạc thận nhân tạo 3.5 x 4.5cm x 80 lớp, Vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	30 cái/gói	Cái	57.000
16	Muối hoàn nguyên	Màu trắng; Không mùi	25 kg/ 1 bao	Kg	200
17	Javen	Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng.	30 lít/ 1 can	Lít	1.000
18	Acid Citric	Tinh thể màu trắng, có mùi đặc trưng	25 kg/ 1 bao	Kg	200
19	Quả lọc máu hấp phụ điều trị suy thận mạn	Thể tích hấp phụ: 130ml. - Thể tích máu: 114ml. - Vật liệu vỏ: Polycarbonate (PC). - Vật liệu hấp phụ: hạt Resin, Styrene-divinylbenzene Copolymer liên kết ngang kép (Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer)	01 quả/ hộp	Quả	300

		- Phù hạt hấp phụ: Collodion. - Độ chịu lực của hạt hấp phụ: 8,1N. - Tốc độ máu tối đa: $\geq 450\text{mL/phút}$. - Thời gian lọc tối đa: $\geq 4\text{h}$ - Dải hấp phụ: 5~30kDa. - Năng lực hấp phụ: tỷ lệ hấp phụ: PTH: 53.4%; $\beta 2\text{-MG}$: 44.7%; Creatinine: 85%; Protein toxins: 42%; IL-6: 21.8%~31.5%. - Phương thức khử trùng: chiếu xạ. - Kiểm soát sàng phân tử Nano. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485, EC			
20	Dây nối quả hấp phụ	Chất liệu: nhựa PVC y tế, không gây kích ứng. Không Latex. Không gây sốt. Mặt trong thành ống trơn nhẵn giảm lực cản của máu, hiện tượng đóng cặn. Ống dây mềm đảm bảo thoát máu. Kích thước dây: Đường kính trong 4,4mm; Đường kính ngoài 6,7mm; Độ dài 800mm.	01 bộ/ túi	Bộ	300